


Zubehör für 7890/6890/6850 Flammenionisationsdetektor (FID)

Position	Beschreibung	Einheit	Best.-Nr.
	FID-Testprobenkit zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit Diese Probe eignet sich für die Geräte HP 5880, 5890 und 6890 mit FID oder WLD. Lösung mit 0,033 % C14-, C15- und C16-n-Alkanen in Hexan. Drei 0,5-mL-Ampullen.		18710-60170
	FID MDL-Testprobe. nur für 7890 Drei 0,5-mL-Ampullen. Enthält 2,36 mg/L n-Tridecan, 2,36 mg/L n-Tetradecan, 23,6 mg/mL n-Pentadecan, 23,6 mg/mL n-Hexadecan in Isooctan.		5188-5372
	O-Ringe	12 St.	5080-4978
	FID/NPD-Adapter für Kapillarsäule		19244-80610
	FID/NPD, gepackte Säule, 1/8"		19231-80520
	FID/NPD, gepackte Säule, 1/4"		19231-80530
	1/4"-Steckschlüssel für FID-Düse, gedrehter Schaft		8710-1561
	FID-Kollektor-Reinigungsbürste	2 St.	8710-1346
	FID-Zubehör-Kit, Enthält:		5182-3450
	Düse, gepackt, Standard, Spitze mit 0,018" ID	3 jeweils	18710-20119
	FID- und WLD-Probe	2 jeweils	18710-60170
	Zündkerze/-kabel-Einheit	2 jeweils	19231-60680
	Düse, Spitze mit 0,011" ID, an Kapillare anpassbar	3 jeweils	19244-80560
	Einsatz für FID-Fluss-Messung	2 jeweils	19301-60660
	Reinigungsdraht für Düse mit 0,03" ID	5 St.	5180-4150
	Reinigungsdraht für Düse mit 0,018" ID/530 µm Für Düsen mit 0,018" oder 0,011" ID	5 St.	5180-4152
	Reinigungsdraht für Düse mit 0,011" ID	5 St.	19301-20720
	Reinigungsdraht für Kapillareinlass	5 St.	5180-4153
	FID-ReinigungsKit		9301-0985



Zubehör für Flammenionisationsdetektor (FID)