Standardlösungen

Parameter	Konz. [mg/l]	Menge [ml]	Modell	Bestell-Nr.
Aluminium	1000	500	SL Al 19770	250460
Ammonium	1000	500	SL NH_4 19812	250461
AOX	20	85 (8–16 Prüfungen)	AOX 00680	252026
Blei	1000	500	SL Pb 19776	250462
Bor	1000	500	SL B 19500	250463
BSB	210	10 Fl. für 10 x 1l	BSB 00718	252030
Cadmium	1000	500	SL Cd 19777	250464
Calcium	1000	500	SL Ca 19778	250465
Chlorid	1000	500	SL Cl 19897	250466
Chrom	1000	500	SL Cr 19779	250467
Chromat	1000	500	SL CrO_3 19780	250468
CSB 100	100	100	SL COD 100	252450
CSB 1500	400	30	SL COD 400	252451
Eisen	1000	500	SL Fe 19781	250469
Fluorid	1000	500	SL F 19814	250470
Kalium	1000	500	SL K 70230	252471
Kieselsäure (Silicium)	1000	500	SL Si 70236	252472
Kupfer	1000	500	SL Cu 19786	250473
Mangan	1000	500	SL Mn 19789	250474
Nickel	1000	500	SL Ni 19792	250475
Nitrat	1000	500	SL NO_3 19811	250476
Nitrit	1000	500	SL NO_2 19899	250477
Phosphat	1000	500	SL PO_4 19898	250478
Silber	1000	500	SL Ag 19797	250479
Sulfat	1000	500	SL SO_4 19813	250480
TOC	1000	100	SL TOC 09017	250499
Zink	1000	500	SL Zn 19806	250481

Liste der Standardlösungen, die aufgrund der begrenzten Stabilität regelmäßig frisch angesetzt werden müssen:

- freies Chlor
- gebundenes Chlor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Hydrogensulfid
- Phenol
- Silicium
- Sulfid
- Sulfit
- anionische Tenside
- Wasserstoffperoxid

PhotoCheck

AQS/IQK: Ein umfassendes Prüfmittel für die Optik und die Linearität der Messung!

Die stabilen Farblösungen dienen zur Überprüfung der Filter bzw. der Wellenlängeneinstellung 445 nm/ 446 nm, 520 nm/525 nm sowie 690 nm.

Mit jeweils vier Lösungen je Wellenlänge werden die Richtigkeit der Wellenlängeneinstellung und die Linearität der Extinktionsmessung überprüft. Die Überprüfung erfolgt schnell und bequem über eine einfache menügeführte Funktion.

PipeCheck

Ein Prüfmittel für das richtige Pipettiervolumen!

Mit der zu prüfenden Pipette verdünnt man die entsprechende Prüflösung mit dest. Wasser und vergleicht die Extinktion der verdünnten Lösung mit der Extinktion einer Referenzlösung. Pipetten mit Volumenabweichungen von mehr als 2,5 % werden als fehlerhaft ausgewiesen.

Bestell-Info: Prüfmittel

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.
PhotoCheck 14693*	Prüfmittel für photoLab®	250490
PipeCheck 14962	Prüfmittel für Pipettenvolumina	250498

*) auf Anfrage auch für pHotoFlex